

CD75

Disponibilità/Contenuto:	Articolo #	Volume
	Codice: A20047	2 ml
	Codice: A00047	6 ml
	A00047.25	Confezione da 25 ml

Descrizione:

Specie:	Topo
Immunogeno:	Nuclei di linfociti del sangue periferico stimolati da mitogeni pokeweed.
Clone:	LN1
Isotype:	IgM, Kappa
Formato:	Questo anticorpo è stato titolato e sottoposto a controllo di qualità per funzionare su sezioni di tessuto criostato fissate in formalina, incluse in paraffina e acetone. Non sono necessarie ulteriori titolazioni.
Specificità:	Questo anticorpo reagisce con l'antigene 45-85 kD presente sulle cellule B derivate dal centro germinale. Reagisce con le cellule epiteliali della mammella, della prostata, dei reni, del pancreas e del polmone. Questo anticorpo è un eccellente marcatore per l'identificazione di linfomi a cellule B e leucemie derivati dal centro germinale.
Reattività della specie:	Umano
Controllo positivo:	Tonsilla
Localizzazione cellulare:	Membrana cellulare
Titolo/Diluizione di lavoro:	Non è necessaria alcuna ulteriore diluizione.
Stato microbiologico:	Questo prodotto non è sterile.

Usi/Limitazioni: Per uso diagnostico in vitro.
Questo prodotto è destinato all'immunoistochimica qualitativa con sezioni di tessuto normali e neoplastiche fissate in formalina, incluse in paraffina, da visualizzare al microscopio ottico. Non utilizzare la data di scadenza precedente.

Conservazione e stabilità: 2-8° centigradi.
Il prodotto è stabile per 24 mesi dalla data di produzione.
Se il reagente non viene conservato come raccomandato, le prestazioni devono essere convalidate dall'utente.

Procedimento:

1. Pretrattamento della sezione tissutale: La colorazione delle sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina è migliorata mediante pretrattamento con Citrate Plus (catalogo ScyTek # CPL500) o tampone citrato 10mM, pH 6,0 (catalogo ScyTek # CBB500, vedere le istruzioni per l'uso). Si consiglia la predigestione enzimatica con pepsina (catalogo ScyTek # PSS060, vedere le istruzioni per l'uso per le istruzioni) prima della colorazione.

Conservazione: 2°C 8°C



Laboratori ScyTek, Inc.
205 Sud 600 Ovest
Logan, UT 84321 U.S.A.



EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
Molsnstraat 15
2513 BH L'Aia
Paesi Bassi

Istruzioni per l'uso A00047-IFU-IVD

Data di revisione: 11
luglio 2008

Revisione: 1

Pagina 2 di 2

Casella postale 3286 - Logan, Utah 84323, U.S.A. - Tel. (800) 729-8350 - Fax (435) 755-0015 - www.scytek.com

- Tempo di incubazione degli anticorpi primari: Si consiglia un periodo di incubazione di 30-60 minuti a temperatura ambiente. Tuttavia, a seconda delle condizioni di fissazione e del sistema di colorazione impiegato, l'incubazione ottimale dovrebbe essere determinata dall'utente.
- Visualizzazione: Per la massima intensità di colorazione si consiglia il "Retrieval HRP Anti-Polyvalent Lab Pack" (catalogo ScyTek # RPL125, vedere le istruzioni per l'uso per le istruzioni) combinato con il "DAB Chromogen/Substrate Bulk Pack (High Contrast)" (catalogo ScyTek # ACV500, vedere le istruzioni per l'uso per le istruzioni).

Precauzioni: Contiene sodio azide come conservante (0,09% p/v).
Non pipettare per bocca.
Evitare il contatto di reagenti e campioni con la pelle e le mucose.
Evitare la contaminazione microbica dei reagenti o potrebbe verificarsi un aumento delle macchie aspecifiche.
Questo prodotto non contiene materiali pericolosi in un Concentrazione oggetto di comunicazione secondo U.S. 29 CFR 1910.1200, OSHA Hazardous Communication Standard e Direttiva CE 91/155/CE.

Referenze:

- Epstein et al. J Immunol 133: 1028, 1984.
- Marder et al. Lab Invest 52: 497, 1985.
- Okon et al. Cancro 56: 95, 1985.
- Sherrod et al. Cancro 57: 2135, 1986.

Garanzia: Nessun prodotto o "Istruzioni per l'uso (IFU)" deve essere interpretato come una raccomandazione per l'uso in violazione di brevetti. Non rilasciamo alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite sulle nostre istruzioni per l'uso o sul sito web. La nostra garanzia è limitata al prezzo effettivo pagato per il prodotto. ScyTek Laboratories, Inc. non è responsabile per eventuali danni alla proprietà, lesioni personali, tempo o sforzi o perdite economiche causate dai nostri prodotti. L'immunostochimica è una tecnica complessa che coinvolge sia i metodi di rilevamento istologico che immunologico. L'elaborazione e la manipolazione dei tessuti prima dell'immunocolorazione possono causare risultati incoerenti. Le variazioni nella fissazione e nell'inclusione o la natura intrinseca del campione di tessuto possono causare variazioni nei risultati. L'attività endogena della perossidasi o l'attività della pseudoperossidasi negli eritrociti e nella biotina endogena possono causare colorazioni non specifiche a seconda del sistema di rilevamento utilizzato.

Conservazione: 2°C 8°C



Laboratori ScyTek, Inc.
205 Sud 600 Ovest
Logan, UT 84321 U.S.A.



EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
Molsnstraat 15
2513 BH L'Aia
Paesi Bassi